

ردیف	عنوان	سنجه	۰	۱	۲	۳	۴	توضیحات
۱	وجود ابلاغ مسئول ایمنی بیمار در واحد وانجام نظارت میدانی توسط ایشان بر روند پیشرفت برنامه های عملیاتی ایمنی	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۳، سنجه ۲و						
۲	وجود ابلاغ " کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار" در واحد وانجام نظارت میدانی توسط ایشان بر رعایت اصول ایمنی بیمار	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۳، سنجه ۳و						
۳	مطلع بودن پرسنل از دستورالعمل بهداشت دست و رعایت آن	کنترل عفونت ه-۶-۱، سنجه ۲						
۴	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان از روش اجرایی "ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی"	مدیریت خطا الف-۴-۱، سنجه ۱						
۵	آموزش و اطلاع رسانی تجربه های واقعی بیمارستان و گزارش نتایج ارزیابی های پیشگیرانه خطاهای پزشکی به کارکنان	مدیریت خطا الف-۴-۱، سنجه ۳						
۶	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان با روش اجرایی "نحوه گزار شده ی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه"	مدیریت خطا الف-۴-۲، سنجه ۱						
۷	نکات ایمنی کپسول های گازهای طبی: کپسول ها در مکان های خود محکم شده و حمل آنها با کلاهک انجام شود. بدنه کپسول فاقد پوشش پارچه ای بوده و دستورالعمل استفاده از کپسول ها بر روی بدنه آنها نصب شده است	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۳، سنجه ۶						
۸	رعایت رنگ بندی کپسول ها به تفکیک گاز داخلی و آگاهی کارکنان و خدمات در خصوص نحوه استفاده و رنگ بندی کپسول ها	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۳، سنجه ۶						
۹	کنترل سالیانه کپسول ها توسط اداره استاندارد	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۳، سنجه ۶						
۱۰	وجود پریزهای برق UPS مشخص شده و اطلاع کارکنان از نحوه عملکرد UPS	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۴، سنجه ۴						
۱۱	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان مرتبط از روش اجرایی "گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین"	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۵، سنجه ۱						
۱۲	آگاهی کارکنان مرتبط از نحوه کنترل عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی قبل از استفاده و نصب راهنما بر روی تجهیزات	مراقبت های عمومی بالینی ب-۱-۱۸، سنجه						
۱۳	وجود مستندات اختصاصی هر دستگاه اتوکلاو: هر نوع اقدام و خدمات پیشگیرانه ( pm ) و آزمون های کالیبراسیون	استریلیزاسیون ه-۳-۱، سنجه ۸						
۱۴	نگهداری مستندات هر دستگاه اتوکلاو حداقل برای یک سال	استریلیزاسیون ه-۳-۱، سنجه ۸						
۱۵	تهیه فهرست تجهیزات پزشکی ضروری مورد نیاز بخش ها /واحد ها ( مانند دی سی شوک) براساس نوع خدمات، توسط مسئولین بخش ها / واحد ها و تایید فهرست مذکور توسط مهندسی پزشکی	مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی، الف-۸-۱، سنجه ۲						

چک لیست راند مدیریتی تیم ایمنی بیمار، بیمارستان خصوصی شفا تبریز، واحد مهندسی پزشکی تاریخ راند:

							مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی، الف-۸-۱، سنجه ۳	تعیین بخش پشتیبان در فهرست تجهیزات پزشکی ضروری هر بخش و آگاهی کارکنان مرتبط	۱۶
--	--	--	--	--	--	--	---	--	----