

ردیف	عنوان	سنجه	۰	۱	۲	۳	۴	توضیحات
۱	وجود ابلاغ مسئول ایمنی بیمار در واحد وانجام نظارت میدانی توسط ایشان بر روند پیشرفت برنامه های عملیاتی ایمنی	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۳، سنجه ۲و۲						
۲	وجود ابلاغ " کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار" در واحد وانجام نظارت میدانی توسط ایشان بر رعایت اصول ایمنی بیمار	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۳، سنجه ۳و۴						
۳	انجام بازدیدهای منظم و مدون مدیریتی ایمنی بیمار در فواصل زمانی قید شده ، شناسایی شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار و ارائه بازخوردهای فردی به افراد گزارش کننده شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار و آگاهی کارکنان در خصوص لزوم انجام بازدیدهای ایمنی بیمار	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۴، سنجه ۱						
۴	آگاهی وانطباق عملکرد کارکنان از خط مشی " ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان /پرستاران وسایر کارکنان بالینی"	کنترل عفونت ۱-۶-۵، سنجه ۱						
۵	مطلع بودن پرسنل از دستورالعمل بهداشت دست و رعایت آن	کنترل عفونت ۱-۶-۵، سنجه ۲						
۶	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان مرتبط از روش اجرایی " استریل فوری اقلام خاص"	مراقبتهای بیهوشی وجراحی ب-۴-۲، سنجه ۲						
۷	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان از روش اجرایی "ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی"	مدیریت خطا الف-۴-۱، سنجه ۱						
۸	آموزش و اطلاع رسانی تجربه های واقعی بیمارستان و گزارش نتایج ارزیابی های پیشگیرانه خطاهای پزشکی به کارکنان	مدیریت خطا الف-۴-۱، سنجه ۳						
۹	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان با روش اجرایی "نحوه گزارشدهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه"	مدیریت خطا الف-۴-۲، سنجه ۱						
۱۰	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان مرتبط از روش اجرایی "گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین"	مدیریت خطر حوادث و بلایا الف-۵-۵، سنجه ۱						
۱۱	وجود مستندات اختصاصی هر دستگاه: تمامی تست های انجام شده برای هر دستگاه، شماره کد مخصوص هر اتوکلاو، نتایج آزمون اسپور، نمودار یا پرینت دستگاه که زمان مواجهه و درجه حرارت را ثبت کرده باشد، نام مسئول هر بار بارگذاری، هر نوع اقدام و خدمات پیشگیرانه (pm و آزمون های کالیبراسیون	استریلیزاسیون ۱-۳-۵، سنجه ۸						
۱۲	نگهداری مستندات فوق حداقل برای یک سال	استریلیزاسیون ۱-۳-۵، سنجه ۸						
۱۳	وجود شاخص های شیمیایی پایش فرایند استریلیزاسیون در بسته ها و پک های استریل	استریلیزاسیون ۱-۳-۵، سنجه ۸						
۱۴	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان مرتبط از دستورالعمل "گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد"	استریلیزاسیون ۱-۳-۳، سنجه ۴						

افراد شرکت کننده در راند، امضاء:

اسامی تیم راند ایمنی، امضاء: