

ردیف	عنوان	سنجه	۰	۱	۲	۳	۴	توضیحات
۱	وجودابلاغ مسئول ایمنی بیمار در واحد وانجام نظارت میدانی توسط ایشان بر روند پیشرفت برنامه های عملیاتی ایمنی	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۳، سنجه ۲و						
۲	وجودابلاغ " کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار" درواحد وانجام نظارت میدانی توسط ایشان بر رعایت اصول ایمنی بیمار	تیم مدیریت اجرایی الف-۲-۳، سنجه ۳و۴						
۳	مطلع بودن پرسنل از دستورالعمل بهداشت دست و رعایت آن	کنترل عفونت ه-۶-۱، سنجه ۲						
۴	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان از روش اجرایی "ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی"	مدیریت خطا الف-۴-۱، سنجه ۱						
۵	آموزش و اطلاع رسانی تجربه های واقعی بیمارستان و گزارش نتایج ارزیابی های پیشگیرانه خطاهای پزشکی به کارکنان	مدیریت خطا الف-۴-۱، سنجه ۳						
۶	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان با روش اجرایی "نحوه گزارشده ی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه"	مدیریت خطا الف-۴-۲، سنجه ۱						
۷	نکات ایمنی کپسول های گازهای طبی: کپسول ها در مکان های خود محکم شده و حمل آنها با کلاهک انجام شود. بدنه کپسول فاقد پوشش پارچه ای بوده و دستورالعمل استفاده از کپسول ها بر روی بدنه آنها نصب شده است	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۳، سنجه ۶						
۸	رعایت رنگ بندی کپسول ها به تفکیک گاز داخلی و آگاهی کارکنان و خدمات درخصوص نحوه استفاده و رنگ بندی کپسول ها	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۳، سنجه ۶						
۹	کنترل سالیانه کپسول ها توسط اداره استاندارد	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۳، سنجه ۶						
۱۰	وجود پریزهای برق UPS مشخص شده و اطلاع کارکنان از نحوه عملکرد UPS	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۴، سنجه ۴						
۱۱	وجود تأییدیه نقشه الکتریکی ساختمان، ایزوله و ترانس بودن سیستم توزیع انرژی الکتریکی در بخش های مراقبت ویژه و اتاق عمل، تدوین و اجرای برنامه نگهداری و ارزیابی دوره ای از تابلوهای ایزوله بیمارستان	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۴، سنجه ۶						
۱۲	آگاهی و انطباق عملکرد کارکنان مرتبط از روش اجرایی "گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین"	مدیریت خطر حوادث و بلايا الف-۵-۵، سنجه ۱						